

**Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий**

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001  
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотrebnadzor.ru ; <http://55.rosпотrebnadzor.ru>  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№500

“ 18 ” марта 20 22 г.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 201"; 644045, Омская область, город Омск, улица Волкова, 3 Б  
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Кузюковой Анастасией Вадимовной  
( фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия на основании решения о проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия от «25» февраля 2022 г. № 500 в отношении бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 201"; ИНН 5502041874; 644045, Омская область, город Омск, улица Волкова, 3 Б (указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

- отсутствует положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование учреждения – п. 1.4 (ответ. – юридическое лицо – БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 201»);

- не соблюдается норма площади игровой 2,5 м<sup>2</sup> на одного ребенка в группах раннего возраста №№ 1 (по списку – 31 ребенок, площадь игровой – 48,3 м<sup>2</sup>, на одного ребенка – 1,5 м<sup>2</sup>), 5 (по списку – 31 ребенок, площадь игровой – 49,8 м<sup>2</sup>, на одного ребенка – 1,6 м<sup>2</sup>); - не соблюдается норма площади игровой 2,0 м<sup>2</sup> на одного ребенка в группах дошкольного возраста №№ 7 (по списку – 30 детей, площадь игровой – 49,9 м<sup>2</sup>, на одного ребенка – 1,6 м<sup>2</sup>), 2 (по списку – 34 ребенка, площадь игровой – 53,2 м<sup>2</sup>, на одного ребенка – 1,5 м<sup>2</sup>), 8 (по списку – 34 ребенка, площадь игровой – 50,0 м<sup>2</sup>, на одного

ребенка – 1,4м<sup>2</sup>), 11 (по списку – 35 детей, площадь игровой – 49,5м<sup>2</sup>, на одного ребенка – 1,4м<sup>2</sup>), 9 (по списку – 33 ребенка, площадь игровой – 48,5 м<sup>2</sup>, на одного ребенка – 1,4м<sup>2</sup>), 12 (по списку – 32 ребенка, площадь игровой – 52,4 м<sup>2</sup>, на одного ребенка – 1,5м<sup>2</sup>), 4 (по списку – 30 детей, площадь игровой – 52,4 м<sup>2</sup>, на одного ребенка – 1,7м<sup>2</sup>), 10 (по списку – 25 детей, площадь игровой – 49,9 м<sup>2</sup>, на одного ребенка – 1,9м<sup>2</sup>), 6 (по списку – 28 детей, площадь игровой – 50,9 м<sup>2</sup>, на одного ребенка – 1,8м<sup>2</sup>), 3 (по списку – 32 ребенка, площадь игровой – 49,3 м<sup>2</sup>, на одного ребенка – 1,5м<sup>2</sup>) – п. 3.1.1(ответ. – юридическое лицо – БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 201»);

- не каждый ребенок обеспечен 2 комплектами наматрасников (вместо 750 шт. в наличии 380) – п. 2.4.8 (ответ. – юридическое лицо – БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 201»);

- посуда для приготовления пищи выполнена из алюминия вместо нержавеющей стали – п. 2.4.6.2 (ответ. – юридическое лицо – БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 201»);

- покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено не из дерева твердых лиственных пород - п. 2.4.6.2 (ответ. – юридическое лицо – БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 201»);

- настенная плитка бассейна имеет дефекты в виде сколов, трещин, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 (ответ. – юридическое лицо – БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 201»);

- в переходе между основным зданием учреждения и пристройкой, в которой расположен бассейн, музыкальный и физкультурный зал, в туалетной группы № 6, приемной, спальне и умывальной группы № 7, туалетной группы № 3, приемной, спальне и игровой группы № 2, приемной группы № 11 подоконники и оконные рамы имеют дефекты в виде трещин, облупившейся краски, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.11.2, 2.11.7 (ответ. – юридическое лицо – БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 201»);

- во всех группах учреждения не созданы условия для просушивания верхней одежды детей – п. 3.1.3 (ответ. – юридическое лицо – БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 201»);

- в туалетной и умывальной подготовительной группы № 6 имеются желтые сухие следы протекания кровли, спальне 2ой младшей группы № 7 имеются сухие следы протекания кровли в виде облупившегося покрасочного слоя на стене, обнажающего бетон - п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 (ответ. – юридическое лицо – БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 201»);

- в спальне подготовительной группы № 6 настенное покрытие представлено обоями, не подлежащие влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.11.2, 2.11.7 (ответ. – юридическое лицо – БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 201»);

- в буфетной 2ой младшей группы № 7, средней группы № 11 имеются дефекты эмали раковин для мытья столовой посуды, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.11.2, 2.11.7 (ответ. – юридическое лицо – БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 201»);

- не проведено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха – п. 2.7.4 (ответ. – юридическое лицо – БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 201»);

- на территории групповой площадки № 7 отсутствует теновой навес – п. 3.1.2 (ответ. – юридическое лицо – БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 201»);

- отсутствует подводка горячей воды к помещению бассейна: на момент проверки к бассейну осуществляется подача только холодной воды, которая проходит через систему водонагревания и подается в чашу бассейна, при этом система водонагревания (бойлер) находится в неисправном

состоянии – п. 2.6.1 (ответ. – юридическое лицо – БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 201»);

- мебель подобрана без учета росто-возрастных особенностей детей, отмечается дефицит групп мебели №№0 (1 сто и 3 стула), 1 (1 стол и 3 стула), 2 (1 стол и 1 стул) – п. 2.4.3 (ответ. – юридическое лицо – БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 201»);

**СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:**

- ванная для обработки «М.С., Р.С.», мытья кухонной посуды имеет дефекты эмали в виде сколов, трещин, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.9 (ответ. – юридическое лицо – БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 201»);

**Замечания по организации медицинского обслуживания:**

В прививочном кабинете БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 201» отсутствуют электронные термоиндикаторы для контроля температурного режима в холодильнике, где хранятся иммунобиологические лекарственные препараты, что является нарушением раздела XLVIII п.4343, п.4344, п. 4350, п. 4351, п. 352, п. 4353, п. 4354 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:** бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 201"; ИНН 5502041874; 644045, Омская область, город Омск, улица Волкова, 3 Б

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование - п. 1.4 СП 2.4.3648-20	04.03.2024г.
2.	Обеспечить наполняемость групп раннего возраста №№ 1, 5 исходя их нормы площади игровой 2,5м <sup>2</sup> ; обеспечить наполняемость групп дошкольного возраста №№ 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 исходя их нормы площади игровой 2,0м <sup>2</sup> – п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20;	04.03.2023г.
3.	Обеспечить каждого ребенка 2 комплектами наматрасников (вместо 750 шт. в наличии 380) – п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20	04.03.2023г.

4.	Обеспечить пищеблок посудой для приготовления пищи, выполненной из нержавеющей стали - п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;	04.03.2023г.
5.	Обеспечить покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород - п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;	04.03.2023г.
6.	Обеспечить гладкое, ровное, без дефектов настенное покрытие чаши бассейна для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20;	04.03.2023г.
7.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов покрытие оконных подоконников и рам в переходе между основным зданием учреждения и пристройкой, в которой расположен бассейн, музыкальный и физкультурный зал, в туалетной группы № 6, приемной, спальне и умывальной группы № 7, туалетной группы № 3, приемной, спальне и игровой группы № 2, приемной группы № 11 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20;	04.03.2023г.
8.	Во всех группах учреждения не созданы условия для просушивания верхней одежды детей – п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20;	04.03.2023г.
9.	Провести ремонт кровли с целью исключения ее протекания, устранить следы протекания кровли, обеспечить ровное, гладкое, без дефектов потолочное покрытие в туалетной и умывальной подготовительной группы № 6, настенное покрытие спальне 2ой младшей группы № 7 - п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20;	04.03.2023г.
10.	Выполнить отделку стен в спальне подготовительной группы № 6 материалами, подлежащими для проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20;	04.03.2023г.
11.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов покрытие раковин для мытья столовой посуды в буфетной 2ой младшей группы № 7, средней группы № 11 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20;	04.03.2023г.
12.	Провести обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха – п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20;	04.03.2023г.
13.	Оборудовать территорию групповой площадки № 7 теньвым навесом – п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20;	04.03.2023г.
14.	Обеспечить подводу горячей воды к помещению бассейна, провести ремонт водонагревателя для бесперебойного поступления горячей воды в чашу бассейна – п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20;	04.03.2023г.
15.	Обеспечить подбор мебели с учетом росто-возрастных особенностей детей, устранить дефицит групп мебели №№0 (1 сто и 3 стула), 1 (1 стол и 3 стула), 2 (1 стол и 1 стул) – п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20;	04.03.2023г.
16.	Обеспечить наличие двух электронных термоиндикаторов для контроля температурного режима в холодильнике, где хранятся лекарственные иммунобиологические препараты. Основание: СанПиН 3.3686 «Санитарно эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» раздел XLVIII п.4343, п.4344, п. 4350, п. 4351, п. 352, п. 4353, п. 4354	01.08.2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных

требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn@55.rosпотребнадzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 201"; ИНН 5502041874; 644045, Омская область, город Омск, улица Волкова, 3 Б (должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Роспотребнадзора по Омской области

А.В. Кузюкова

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области

И.В. Шрейдер

С предписанием ознакомлен(а) « 18 » 03 2022 г.

  
(подпись)  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: